

Płoskinia 24.05.2022r.

Zamawiający
Gmina Płoskinia
Płoskinia 8
14-526 Płoskinia

Dotyczy postępowania: „Dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Płoskini„

Odpowiedz na pytanie przetargowe

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) w załączeniu przekazuję treść zapytań (w oryginalnej pisowni) i wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego z dnia 18.05.2022r.:

Pytanie numer 1.

Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne, w których barierki opuszczają się na wysokość 6 cm powyżej poziomu leża ?

Odpowiedź na pytanie 1:

TAK

Pytanie numer 2.

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o wymiarach wewnętrznych 90 x 200 cm, wymiar zewnętrzny łóżka: 102 x 214 cm?

Odpowiedź na pytanie 2:

TAK

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający zmienia termin składania ofert do 26.05.2022r. do godz. 12.00.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022r. o godz. 12.15

GMINA PŁOSKINIA
PŁOSKINIA 8
14 - 526 PŁOSKINIA
REGON 170748034 NIP 582-162-37-10

WÓJT

Zbigniew Kowalski